LINEA	orione®

Articolo	221	CE	Categoria commerciale	POLSIERE / ORTESI POLSO

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

POLIESTERE	68%
COTONE	14%
ELASTAN	11%
SPANDEX	7%
	100%




Taglie di vendita



TAGLIE /SIZE					COLORE / COLOUR
S	13-16	L	18-20	DESTRO SINISTRO / LEFT RIGHT	
M	16-18	XL	20-23		

Lavaggio



Lavare a mano.	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Non asciugare nell'asciugatrice.	Non lavare a secco.	Il capo non può essere trattato con candeggina, lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detergenti. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio + accessori





In dotazione 2 tipi di stecche per il pollice
LUNGA = Supporto forte
CORTA = Supporto medio

Modalità di applicazione

Allentare completamente tutti i cinghietti a strappo (Fig. 1) Infilare la mano come se fosse un guanto, inserendo il pollice nell'apposito alloggiamento. Assicurarsi che i cinghietti passino attraverso le fibbie. Stringere lievemente i cinghietti A e B (Fig. 2). La stecca palmare deve trovarsi in asse con l'avambraccio (se necessario estrarre la stecca metallica tramite l'apposita fessura e modellare a seconda della singola anatomia della mano). Stingere gli altri cinghietti C e D e richiudere i cinghietti A e B. Tutti i cinghietti devono risultare regolati e chiusi, in modo che la polsiera risulti confortevole una volta indossata. Agire sulla regolazione dei cinghietti se necessario. Una volta chiusi, se i cinghietti risultassero troppo lunghi, tagliare la parte in eccesso (Fig. 3).

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Indicazioni

Traumi, distorsioni, tendiniti, trattamento post-traumatico o posst-frattura. Patologie artrosiche e artritiche. Sindrome tunnel carpale.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.